# UrgoStart Border

## APÓSITO ADHESIVO ABSORBENTE MICRO ADHERENTE CON TLC-NOSF

**INDICADO PARA HERIDAS CRÓNICAS CON EXUDADO DE MODERADO A ELEVADO**

- Acelera la cicatrización dos veces más rápido que un apósito de espuma neutro[1].
- Alto nivel de absorción y drenaje del exudado evitando cualquier riesgo de maceración.
- Reborde adhesivo siliconado impermeable.
- Retirada indolora y atraumática.

### UrgoStart Border

Suministrado en cajas con blíster individual estéril, listo para su uso

| TAMAÑOS | U/C | REFERENCIA | C.N |
|---|---|---|---|
| **8 x 8 cm** | 10 | 550969 | 172803.6 |
| **13 x 13 cm** | 10 | 550757 | 172804.3 |
| **15 x 15 cm** | 10 | 550758 | 172805.0 |
| **Sacrum (20x20)** | 5 | 550760 | 172806.7 |

1. Meume S, et al. A randomized, controlled, double-blind prospective trial with a Lipido Colloid Technology-Nano Oligo Saccharide Factor wound dressing in the local management of venous leg ulcers. .Wound Rep Reg. 2012-20 (4): p500-511

# UrgoStart Border

**DESCRIPCIÓN**

• **UrgoStart® Border** es un apósito absorbente adhesivo de tipo hidrocelular con matriz TLC NOSF micro-adherente, una tecnología innovadora desarrollada por Laboratiors Urgo.

**COMPOSICIÓN:**

• Matriz micro-adherente de TLC-NOSF (partículas de polímeros sintéticos, Tecnología Lípido Coloidal y partículas NOSF), asociada a una espuma de poliurentano absorbente y una capa súper absorbente con un soporte exterior impermeable (que permite intercambio gaseoso) enducido con una capa siliconada adhesiva.

**MODO DE ESTERILIZACIÓN:** Esterilizado por óxido de etileno.

**PROPIEDADES**

**Capa micro-adherente de TLC-NOSF:**

• Cicatrización óptima.
• Proliferación de fibroblastos.
• Cura en ambiente húmedo.
• Retirada indolora.
• **Espuma absorbente de poliuretano con una capa altamente absorbente**
• Alta gestión de exudados, evitando la maceración.
• **Soporte adhesivo Waterproof siliconado:**
• Suave y no oclusivo.
• Muy adaptable a diferentes formas de herida.
• Alta permeabilidad a la humedad generada por la herida para evitar la maceración.
• Alta tolerancia.
• No necesita un apósito secundario.

**MODO DE ACCIÓN**

• En contacto con el exudado de la herida, la tecnología TLC-NOSF forma un gel lípido-coloidal y genera un ambiente húmedo adecuado para la herida, favoreciendo el proceso de cicatrización ya que permite a las células clave del proceso de reparación (fibroblastos, queratinocitos y macrófagos) ejercer su acción.
• La matriz TLC-NOSF interactúa con el micro-entorno de la herida limitando la acción nefasta de las metaloproteasas matriciales (MMP) que en exceso en las heridas crónicas entrañan una degradación de la matriz extracelular y un retraso en la cicatrización.
• La TLC-NOSF permite por consiguiente restablecer las condiciones favorables a la granulación en las heridas crónicas.
• La eficacia de la TLC-NOSF ha sido demostrada en diversos estudios clínicos incluyendo ensayos aleatorios controlados (estudio "Challenge[1]" ).

**INDICACIONES**

• **UrgoStart Border** está indicado en el tratamiento de las heridas exudativas: heridas crónicas (úlceras por presión, úlceras de pierna, heridas del pie diabético) y heridas agudas cronificadas.
• El formato Sacrum está recomendado para heridas localizadas a nivel de la región sacra (úlceras por presión en la zona sacra).

**CONSEJOS DE UTILIZACIÓN**

**MODO DE EMPLEO:**

Preparación de la herida
- Limpiar la herida según el protocolo de cuidados habitual
- En caso de utilización previa de un antiséptico, enjuagar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de la aplicación de Urgostart Border.
- Secar cuidadosamente la piel peri-lesional.

Aplicación del apósito: retirar las aletas de protección.
- Aplicar la compresa central micro-adherente de Urgostart Border en el centro de la herida
- Alisar el apósito sobre la herida
- Aplicar una venda de compresión sobre el apósito cuando ésta sea prescrita.

Aplicación de formato Sacrum
- Situar el apósito con la punta hacia la parte baja de la zona sacra

Retirada del apósito:
- Apoyando la piel sana, elevar una esquina del apósito y retirarlo delicadamente.

Renovación del apósito:

El apósito Urgostart Border debe ser renovado cada 2-4 días como promedio y podrá ser dejado hasta 7 días, en función del volumen del exudado y del estado clínico de la herida.

**PRECAUCIONES DE EMPLEO:**
- Al incluir una capa súper absorbente, la compresa central no debe ser cortada. Sin embargo, los bordes adhesivos siliconados pueden ser cortados con material estéril con objeto de adaptarse a los diferentes relieves anatómicos.
- Si la herida presenta signos de colonización bacteriana importante, se recomienda tratar previamente el componente bacteriano antes de iniciar el tratamiento con Urgostart Border
- En el caso de una úlcera atípica que presente una induración o un exceso de granulación, el tratamiento de Urgostart Border no será indicado más que después de haber verificado la ausencia de degeneración de la úlcera con objeto de no retardar el diagnóstico.
- Han sido referidas sensaciones eventuales de picores, e incluso sensaciones dolorosas, al inicio del tratamiento con Urgostart Border. En relación con la actividad del producto sobre el relanzamiento del proceso de cicatrización, estas sensaciones no justifican la suspensión del tratamiento más que en raras ocasiones.
- En ausencia de datos clínicos en heridas agudas no complicadas y en el cuadro de le Epidermólisis bullosa, la utilización de Urgostart Border no está recomendada.
- Cortar el excedente de vello en la piel circundante para asegurar un buen contacto con la herida.
- En caso de utilización concomitante con una crema, una pomada, un ungüento o una emulsión, dejar secar la piel antes de la aplicación del apósito.
- Acondicionamiento individual estéril, de un solo uso: la reutilización de un apósito de un solo uso puede provocar riesgos de infección.
- No re-esterilizar el apósito.

**CONTRAINDICACIÓN:**
- Aún a riesgo de retardar los cuidados adaptados, Urgostart Border está contraindicado en las heridas cancerosas y en las heridas fistulosas que revelen una supuración profunda.
- No utilizar Urgostart Border en caso de sensibilidad conocida al apósito o a uno de sus componentes.

Urgomedical 11/14